

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับดำเนินการตรวจวิเคราะห์ก๊กลิ่นด้วยการดม จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. กระดาษทดสอบกลิ่น จำนวน ๒๐ ถุงๆ ละ ๕๐๐ ชิ้น
๒. สารทดสอบกลิ่นมาตรฐาน จำนวน ๓ ชุด
๓. ถุงสำหรับดมกลิ่น จำนวน ๓ กล่องๆ ละ ๓๐๐ ถุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๙๙,๔๔๘ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน).....

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....

เป็นเงิน...๒๑๕,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท (โดยใช้ราคาทั้ง ๒ บริษัท เป็นราคาเฉลี่ย)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากผู้จัดจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน ๒ ราย ได้แก่

- ๑)...บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด.....
- ๒)...บริษัท ฮากูโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| ๑) นางสาวอรรรณ มานูญวงศ์ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) นายธีระพล คงชนม์ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๓) นายจิระพัฒน์ เทียมจันทร์ | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | คณะทำงาน |

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับดำเนินการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม
จำนวน ๓ รายการ

๑. ถุงดมกลิ่น (Odor bag) จำนวน ๓ กล่อง (๑ กล่อง มี ๓ ชุด/๑ ชุด มี ๑๐๐ ใบ)

ต้องเป็นถุงพลาสติกที่ปราศจากกลิ่น ขนาดความจุ ๓ ลิตร และติดหมายเลข ๑ หมายเลข ๒ และหมายเลข ๓ บนตัวถุง

๒. แผ่นกระดาษทดสอบกลิ่น (Odor test paper) จำนวน ๒๐ ชุด (๕๐๐ แผ่น/๑ ชุด)

๓. ชุดทดสอบกลิ่นมาตรฐาน (Panel screen test tool) จำนวน ๓ ชุด

ใน ๑ ชุด ประกอบด้วยสารกลิ่นมาตรฐาน และแผ่นกระดาษทดสอบกลิ่น ดังนี้

รายการ	ขนาด	จำนวน
๑) Standard odor A (Beta phenyl-ethyl alcohol)	๕ มิลลิลิตร	๑ ขวด
๒) Standard odor B (Methyl cyclopentolon)	๕ มิลลิลิตร	๑ ขวด
๓) Standard odor C (Iso-valeric acid)	๕ มิลลิลิตร	๑ ขวด
๔) Standard odor D (Gamma undecalatone)	๕ มิลลิลิตร	๑ ขวด
๕) Standard odor E (Skatol)	๕ มิลลิลิตร	๑ ขวด
๖) สารละลายเหลวไม่มีกลิ่น (Contrast solution)	๕๐ มิลลิลิตร	๑ ขวด
๗) แผ่นกระดาษทดสอบกลิ่น (Odor test paper)	-	๑,๐๐๐ แผ่น

(นางสาวอรรณ มาบุญวงศ์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ